



דף הסבר

מיפוי כליות דינמי (DTPA)

המכון לרפואה גרעינית

ליד בניין ההנהלה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6403936

פקס. 08-6383695

מטרת הבדיקה
הערכת תפקוד ופינוי הכליות.

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- יש לשתות כ-3 כוסות מים ולרוקן את שלפוחית השתן מיד לפני הבדיקה.
- לעיתים, דרושה הכנסת קטטר לשלפוחית השתן לילדים בלבד.

תהליך הבדיקה

- מזריקים לתוך הווריד חומר רדיואקטיבי המופרש דרך הכליות.
- לאחר הזרקת החומר מבצעים סדרת צילומים, כשהמטופל/ת שוכבת על המיטה מתחת למצלמה ללא תזוזה כחצי שעה. לעיתים, במהלך הבדיקה מוזרק חומר משתן.
- משך זמן הבדיקה עד 3 שעות. לעיתים מתבצעים צילומים נוספים על פי שיקול דעתו של הרופא.

לאחר הבדיקה

תוצאות הבדיקה יישלחו לרופא המטפל תוך 7-10 ימים.

הערות

- נשים בהריון או אם קיים ספק לכך – אסור להן לבצע את הבדיקה.
- נשים בתקופת הנקה, עליהן לדווח על כך לרופא מהמכון לרפואה גרעינית לפני ביצוע הבדיקה.

בריאות בברכת

שלמה

צוות המכון לרפואה גרעינית